

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРНИ ДЕЙНОСТИ“

Сектор “Органичен анализ”

ПРОТОКОЛ № 25/ 06.11. 2013г.

Относно: Анализ на една проба: Тиква, сезон 2013,
предоставена от фирма: “ЗЕНОН ЕЛЕКТРОНИКС”ООД, гр. Варна
с писмо вх. № 4051/29.10.2013г. на НЦОЗА.

Описание на пробата: Пробата е доставена от куриерска фирма Еконт:
Тиква сезон 2013 , 1бр.х 3,02 кг.

Анализ:

Пробата е анализирана по следния показател: съдържание на β - каротен по
Сборник методи за хигиенни изследвания на НЦХМЕХ, том II, стр.55-57.

Резултат от анализа:

Показател:	Проба
Съдържание на β -каротен, $\mu\text{g}/100\text{g}$	4462,96


Забележка:

- 1.Резултата от анализа се отнася само за анализираната проба.
- 2.Всеки резултат е средна стойност от две паралелни определения.

НАЧАЛНИК СЕКТОР:



/гл.асистент Д. Гюрова, дм/

АНАЛИЗИРАЛИ:

гл .експерт М. Якович 

експерт А. Лазарова 

технолог Кл.Стоянова 






МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Бул. "Акад. Иван Гешов" 15
1431 София
България

Тел.: 02 80 56 444
02 951 53 02
Факс: 02 954 12 11



До

“ЗЕНОН ЕЛЕКТРОНИКС” ООД

гр. Варна

към Наш вх. № 4051/29.10.2013г.

Относно: Физикохимичен анализ на една проба : Тиква, сезон 2013
предоставена от Вашата фирма.

Приложение: Изпращаме Ви Протокол № 25 /06.11.2013г. на сектор
„Органичен анализ”.

С уважение:

Директор на НЦОЗА

/доц. Хр. Грива /

